

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **закупівлі Дозатор піпеточний змінного об'єму на дози від 0,1-2,5 мкл**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна установа “Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”; 29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 55; ЄДРПОУ 38481979; категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Дозатор піпеточний змінного об'єму на дози від 0,1-2,5 мкл, код 38430000-8 Детектори та аналізатори Конструкційні матеріали за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2024-06-18-002300-a

Розмір бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2024 рік та на підставі розрахунку Міністерства охорони здоров’я України коштів на закупівлю такого товару та виділення коштів. Фінансування закупівлі здійснюється за кошти загального фонду державного бюджету за КЕКВ 2210, виходячи з потреби Замовника у даному предметі закупівлі.


Обґрунтування доцільності закупівлі: для забезпечення роботи лабораторії, що дасть змогу якісно проводити лабораторні дослідження.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 10000 грн.

Очікування вартість визначена на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників та аналізу інформації про ціни предмета закупівлі у відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет та відповідно до розрахунків Міністерства охорони здоров’я України для закупівлі даного виду обладнання для Державної установи “Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Замовника та з урахуванням вимог нормативних документів до даного виду товару.



№ п/п	Назва товару, що закуповується	НК 024:2023	Од. виміру	Кількість	Технічні вимоги	Відповідність у запропонованому обладнанні так/ні (з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника)
1	Дозатор піпеточний змінного об'єму АКУМАКС СМАРТ на дози від 0,1-2,5 мкл	38522 Піпетка механічна	шт	2	Призначений для дозування точного об'єму рідини об'ємом від 0,1 до 2,5 мкл з довгостроковою точністю; одноканальний; візуалізація об'єму що дозується; виготовлений з механічно міцних і хімічно стійких матеріалів; пряме та зворотне дозування; змінність об'єму дозування; наявність окремого блокувального пристрою для блокування лічильника об'єму дозування; наявність підставки для кріплення до столу; змінність наконечників за допомогою скидаючого пристрою; використання змінних наконечників; кроковий діапазон: не більше 0,002 мкл; погрішність при тестовому об'ємі 0,25 мкл повинна бути не більше: (±) 12%, відхилення не більше: (±) 6%; погрішність при тестовому об'ємі 1,25 мкл повинна бути не більше: (±) 3 %, відхилення не більше: (±) 3%; погрішність при тестовому об'ємі 2,5 мкл повинна бути не більше: (±) 2,5%, відхилення не більше: (±) 1,6%; можливість повної стерилізації у автоклаві за температури +121 °С не менше 20 хвилин. Дозатор повинен бути таким, що пройшов перевірку якості відповідно до ISO 8655 / DIN 12650. Дозатор повинен бути відкалібрований в лабораторії, що має акредитацію ISO/IEC 17025. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист виробника або його офіційного представника, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі саме цих торгів. В комплекті дозатору повинно входити: - Дозатор 1 шт.; - Сертифікат відповідності з калібруванням 1 шт.; - Гарантійна картка 1 шт.; - Інструкція з використання 1 шт.; - Утримувач настільний 1 шт.; - Шестигранний ключ для калібрування 1 шт.; - Силиконова смазка 1 фл.; - Упаковка наконечників 1 уп.	

Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 31.07.2024 р.

Місце поставки (передачі) товару: 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Пилипчука, 55.



Головний директор

Уповноважена особа

(Handwritten signature of Mykola Gabrykevych)

Микола ГАБРИКЕВИЧ

Анна БІЛА