

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі **Послуги з калібрування посуду мірного лабораторного**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна установа “Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”; 29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчака, 55; ЄДРПОУ 38481979; категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з калібрування посуду мірного лабораторного код ДК 021:2015 - 50433000-9 Послуги з калібрування за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2024-10-04-005919-а

Розмір бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до результатів попередніх власних закупівель, проведеного моніторингу ринку та до кошторису на 2024 рік. Фінансування закупівлі здійснюється за кошти загального фонду державного бюджету за КЕКВ 2240, виходячи з потреби Замовника у даному предметі закупівлі.

Обґрунтування доцільності закупівлі: для забезпечення роботи лабораторій з метою забезпечення вимог міжнародного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 в установі проводиться калібрування посуду мірного лабораторного.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 7000 грн.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами).

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Замовника та з урахуванням вимог нормативних документів до даного виду послуг.

Послуги з калібрування посуду мірного лабораторного повинні надаватись Учасником з дотриманням діючого законодавства України, в т.ч. згідно з Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність», ДСТУ ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

№ з/п	Назва послуги	Метрологічні характеристики	Кількість послуг
1	2	3	4
1	Калібрування піпеток градуйованих (2 клас)	Номінальний вміст, см ³ : 1,0 Ціна найменшої поділки шкали, см ³ : 0,01 Номінальний вміст, см ³ : 2,0 Ціна найменшої поділки шкали, см ³ : 0,02 Номінальний вміст, см ³ : 5,0 Ціна найменшої поділки шкали, см ³ : 0,05 Номінальний вміст, см ³ : 10,0 Ціна найменшої поділки шкали, см ³ : 0,1	4
2	Калібрування колб мірних скляних (2 клас)	Номінальний вміст, см ³ : 100,0 Допустима похибка при температурі 20°C, см ³ : ± 0,20 Номінальний вміст, см ³ : 250,0 Допустима похибка при температурі 20°C, см ³ : ± 0,30 Номінальний вміст, см ³ : 500,0 Допустима похибка при температурі 20°C, см ³ : ± 0,50 Номінальний вміст, см ³ : 1000,0 Допустима похибка при температурі 20°C, см ³ : ± 0,80	4
3	Калібрування мензурок мірних скляних (2 клас)	Номінальний вміст, см ³ : 250,0 Допустима похибка при температурі 20°C, см ³ : ± 5,00 Номінальний вміст, см ³ : 500,0 Допустима похибка при температурі 20°C, см ³ : ± 12,50 Номінальний вміст, см ³ : 1000,0 Допустима похибка при температурі 20°C, см ³ : ± 25,00	3
4	Калібрування циліндрів мірних скляних (2 клас)	Номінальний вміст, см ³ : 50,0 Ціна найменшої поділки шкали, см ³ : 1,0 Номінальний вміст, см ³ : 100,0 Ціна найменшої поділки шкали, см ³ : 1,0 Номінальний вміст, см ³ : 250,0 Ціна найменшої поділки шкали, см ³ : 2,0 Номінальний вміст, см ³ : 500,0 Ціна найменшої поділки шкали, см ³ : 5,0 Номінальний вміст, см ³ : 1000,0 Ціна найменшої поділки шкали, см ³ : 10,0 Номінальний вміст, см ³ : 2000,0 Ціна найменшої поділки шкали, см ³ : 20,0	6
5	Калібрування склянок мірних	Номінальний вміст, см ³ : 100,0 Номінальний вміст, см ³ : 150,0 Номінальний вміст, см ³ : 200,0	3

В.о. генерального директора

Юрій ЛИСЮК

Уповноважена особа

Анна БІЛА

