

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **закупівлі Набору для виявлення Bordetella, 100 реакцій**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна установа “Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”; 29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 55; ЄДРПОУ 38481979; категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Набір для виявлення Bordetella, 100 реакцій, код 33690000-3 Лікарські засоби різні за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2024-04-30-007298-a

Розмір бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2024 рік та на підставі аналізу фактичного використання товару для забезпечення діяльності Замовника у минулих періодах та з урахуванням запланованих поточних завдань Замовника. Фінансування закупівлі здійснюється за кошти загального фонду державного бюджету за КЕКВ 2220, виходячи з потреби Замовника у даному предметі закупівлі.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 3400 грн.

При визначенні очікуваної вартості Замовник враховував методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, що визначені в Наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», а саме: на підставі закупівельних цін попередніх аналогічних закупівель та запланованих бюджетних призначень на 2024 рік.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Замовника та з урахуванням вимог нормативних документів до даного виду товару.

№ з/п	Найменування	Код НК 024:2023	Характеристика	Кількість	Одиниці виміру

Набір для виявлення Bordetella, 100 реакцій	50505 Множинні мікроорганізми родини бартонел, нуклеїнова кислота IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот	Цей набір призначено для клінічної ПЛР-діагностики Bordetella. Набір дозволяє проводити in vitro детекцію НК-последовностей у таких зразках, як назофарингіальний або орофарингіальний мазок. Сфера використання - in vitro діагностика (IVD). Принцип аналізу: Виявлення НК Bordetella здійснюється шляхом постановки ПЛР в реальному часі. З цією метою до набору включена термостійка ДНК-полімераза Taq із гарячим стартом. Специфічні сайти для детекції локалізуються у геномі Bordetella. Валідність отриманих результатів забезпечується мультитаргетністю суміші праймерів та зондів, а також наявністю внутрішнього контролю (IC) та позитивного контрольного зразка (PC). Склад: 100 реакцій / набір Чутливість: 98,1 % Специфічність: 98,5 % Нижня межа аналітичної чутливості: 10 копій / реакцію Час ампліфікації / повного проходження процедури для Bio-Rad CFX-96: 2 год. 15 хв. / 2 год. 25 хв. Склад набору: ПЛР Мастер Мікс 4X червона 500 µl Суміш праймерів жовта 500 µl Позитивний контрольний зразок (PC) PC чорна 100 µl TE буферний розчин TE біла 500 µl	1	набір
---	---	---	---	-------

Генеральний директор

Уповноважений особа



Микола ГАБРИКЕВИЧ

Анна БІЛА