

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Діагностичні засоби, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна установа “Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”; 29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 55; ЄДРПОУ 38481979; категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Діагностичні засоби, 33694000-1 Діагностичні засоби за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2024-11-28-011871-а

Розмір бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2024 рік на закупівлю такого товару. Фінансування закупівлі здійснюється за кошти загального фонду державного бюджету за КЕКВ 2220, виходячи з потреби Замовника у даному предметі закупівлі.

Обґрунтування доцільності закупівлі: для забезпечення роботи вірусологічної лабораторії.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 33000 грн.

Очікування вартість визначена на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників та аналізу інформації про ціни предмета закупівлі у відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет для закупівлі даного виду товару.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Замовника та з урахуванням вимог нормативних документів до даного виду товару.

№ п/п	Назва предмету закупівлі	Класифікатор медичних виробів НК 024:2023	Одиниця виміру	Кількість	Технічні вимоги
1	Набір діагностичний для виявлення РНК	50284 Коронавірус (SARS-CoV), нуклеїнова	набір	2	Набір діагностичний призначений для виявлення РНК коронавірусу SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2, Коронавірус тяжкого гострого респіраторного синдрому-2).

	коронавірусу SARS-CoV-2 методом ЗТ-ПЛР у реальному часі (100 реакцій)	кислота IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот			що викликає гостру респіраторну хворобу COVID-19 (Coronavirus disease 2019) у людини, методом полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією в режимі реального часу (ЗТ-ПЛР-РЧ, rRT-PCR). Набір має однопобірковий одностадійний формат, без окремого етапу синтезу кДНК на матриці вірусної РНК. Етап зворотної транскрипції (ЗТ) відбувається в реакційній суміші безпосередньо перед стартом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Проведення аналізу ґрунтується на TaqMan-технології методу ПЛР-РЧ. Специфічність Набору оцінювали як здатність на 100% диференціювати РНК вірусу SARS-CoV-2 від РНК/ДНК інших інфекційних агентів вірусного та бактеріального походження. Набір розрахований на 100 реакцій об'ємом 20 мкл. До складу Набору входять такі компоненти: ПЛР-РЧ суміш (4х) – 1 пробірка 0,5 мл; Суміш праймерів та зондів – 1 пробірка 1 мл; НКЗ (негативний контрольний зразок) – 1 пробірка 0,15 мл; ПКЗ (позитивний контрольний зразок) – 1 пробірка 0,15 мл. На підтвердження вимог надати інструкцію.
2	Набір реагентів для екстракції нуклеїнових кислот (РНК/ДНК) з клінічного матеріалу (100 виділень)	52521 Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір	набір	2	Набір реагентів призначений для екстракції сумарної РНК/ДНК зі зразків з верхніх дихальних шляхів (мазки із зіву, мазки з носа, носоглоткові секрети), нижніх дихальних шляхів (мокротиння, секрети дихальних шляхів, рідина бронхоальвеолярного лаважа), кон'юнктивального секрету. Набір підходить як для ручного, так і автоматичного формату виділення нуклеїнових кислот. При автоматичному виділенні машинний час становить до 30 хвилин. Отримана НК може бути використана для проведення досліджень: зворотної транскрипції, ПЛР, ПЛР у реальному часі, секвенування, молекулярного клонування. Набір реагентів розрахований на 100 виділень. До складу набору входять: Лізуючий буфер – 1 флакон 12 мл Реагент для осадження – 1 флакон 30 мл Буфер для промивання-1 – 1 флакон 30 мл Буфер для промивання-2 – 1 флакон 30 мл Реагент для елюції – 1 флакон 6 мл Протеїназа К – 1 флакон 10 мг Буфер для Протеїнази К – 1 пробірка 0,5 мл Магнітний сорбент – 1 пробірка 1,2 мл. На підтвердження вимог надати інструкцію.

Місце поставки (передачі) товару: 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Пилипчука, 55.

Строк (термін) поставки (передачі) товару: 12.2024 р.

Генеральний директор

Микола ГАБРИКЕВИЧ

Уповноважена особа

Анна БІЛА

