

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Екранований опромінювач , розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна установа “Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”; 29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчака, 55; ЄДРПОУ 38481979; категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Екранований опромінювач, код 31510000-4 Електричні лампи розжарення за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2024-11-27-014428-a

Розмір бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2024 рік та на підставі розрахунку Міністерства охорони здоров’я України коштів на закупівлю такого товару та виділення коштів. Фінансування закупівлі здійснюється за кошти загального фонду державного бюджету за КЕКВ 2210, виходячи з потреби Замовника у даному предметі закупівлі.

Обґрунтування доцільності закупівлі: для забезпечення роботи лабораторій.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 96000 грн.

Очікування вартість визначена на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників та аналізу інформації про ціни предмета закупівлі у відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет та відповідно до розрахунків Міністерства охорони здоров’я України для закупівлі даного виду товару для Державної установи “Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Замовника та з урахуванням вимог нормативних документів до даного виду товару.

Технічні вимоги		Відповідність у запропонованому обладнанні так/ні (з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника)
Призначення	Для знезараження повітря верхньої частини приміщення і вікритих поверхонь об'єктів середовища у присутності людей. Ефективна боротьба з пліснявою, грибками, бактеріями та вірусами всіх видів грипу.	
Площа приміщення	До 30 кв.м	
Бактерицидна лампа	Безозонова, 2 шт по 15 В	
Ефективний ресурс лампи	Не менше 9 000 год	
Генерація озону	Ні	
Пік УФС випромінювання	254 нм	
Вентилятори	2 штуки	
Тип експлуатації	Стаціонарний (настінний)	
Корпус	Метал, алюміній	
Провід	довжиною не менше 3 м	
Електроживлення	Загальна мережа - 220 В 50 Гц	
Габарити	90 x 120 x 510 мм	
Вага	До 3 кг	
Безпечність для людини та ефективні рівні знезараження	Виключення можливості шкідливого впливу на здоров'я людини. Ефективні рівні УФ випромінювання з відстані 1 м від центру лампи в верхній частині приміщення повинні бути не менше 50 мкВт/см ²	
	Безпечні рівні бактерицидного ультрафіолетового опромінення в нижніх частинах приміщень на висоті до 1,7 м від підлоги, не більше 0,4 мкВт/см ² (відповідно до вимог Наказу МОЗ України від 06.05.2021 № 882 «Про затвердження	

	санітарно-протиепідемічних правил і норм використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров'я та установ надання соціальних послуг населення»). Документальне підтвердження параметрів безпечності, незалежною лабораторією, яка атестована на проведення даного виду досліджень.	ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Зручність	Повинен бути зручний доступ до миття поверхонь опромінювача, екрану з жалюзі та очищення ультрафіолетової бактерицидної лампи для самостійного обслуговування працівниками установи. Опромінювач повинен мати конструкцію, що легко миється та дезінфікується, матеріали повинні бути стійкими до дії дезінфекційних засобів.	
Стан обладнання	Новий	
Марка та модель товару*	BactoSfera EKRAN Jalousie 15x2 FAN або еквівалент	
Гарантійний термін на опромінювач та бактерицидну лампу	Не менше 3-х років	

Кількість 16 шт.

Місце поставки (передачі) товару: 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Пилипчука, 55.

Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 25.12.2024 р.

Генеральний директор

Уповноважена особа



Микола ГАБРИКЕВИЧ

Анна БІЛА