

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Інфрачервоний стерилізатор, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна установа “Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”; 29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 55; ЄДРПОУ 38481979; категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Інфрачервоний стерилізатор, 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2024-12-06-015722-a

Розмір бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2024 рік на закупівлю такого товару. Фінансування закупівлі здійснюється за кошти загального фонду державного бюджету за КЕКВ 2220, виходячи з потреби Замовника у даному предметі закупівлі.

Обґрунтування доцільності закупівлі: З метою забезпечення належного функціонування установи і здійснення статутної діяльності наявна потреба здійснити закупівлю інфрачервоних стерилізаторів для забезпечення стерилізації лабораторного обладнання.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 80000 грн.

Очікування вартість визначена на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників та аналізу інформації про ціни предмета закупівлі у відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет для закупівлі даного виду товару.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Замовника та з урахуванням вимог нормативних документів до даного виду товару.

Характеристики	Значення	Відповідність ТАК/НІ
Живлення	220В; 240 Вт	
Максимальна температура всередині камери	825°C ± 50°C	
Постійна температура в режимі очікування	два температурні режими 400 °C і 850°C	
Максимальний діаметр стер камери	↑ 35 мм	
Довжина стерилізатора	100 мм	
Час нагрівання	10 хв	

Робочі умови	5 ~ 40°C	
Відносна вологість	≤90%	
Габаритні розміри	147x130x200мм	
Вага	1.4кг	

Кількість поставки - 5,00шт.

Місце поставки (передачі) товару: 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Пилипчука, 55. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 27. 12.2024 р.

Генеральний директор

Микола ГАБРИКЕВИЧ

Уповноважена особа

Анна БІЛА

