

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **закупівлі Лікарські засоби різні, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна установа “Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”; 29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 55; ЄДРПОУ 38481979; категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Лікарські засоби різні, 33690000-3 Лікарські засоби різні за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2025-06-18-008292-a

Розмір бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2025 рік на закупівлю такого товару. Фінансування закупівлі здійснюється за кошти загального фонду державного бюджету за КЕКВ 2220, виходячи з потреби Замовника у даному предметі закупівлі.

Обґрунтування доцільності закупівлі: для забезпечення роботи вірусологічної лабораторії.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 45000 грн.

Очікування вартість визначена на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників та аналізу інформації про ціни предмета закупівлі у відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет для закупівлі даного виду товару.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Замовника та з урахуванням вимог нормативних документів до даного виду товару.

№ п / п	Назва предмету закупівлі	Класифікатор медичних виробів НК 024:2023	Одиниця виміру	Кількість	Технічні вимоги
1					
1	Набір реагентів для виявлення РНК ротавірусу	50248 Ротавірус, нуклеїнова кислота IVD, набір, аналіз	набір	1	Набір призначений для якісного виявлення in vitro нуклеїнової кислоти ротавірусу в зразках мазка з уретри у чоловіків і мазка з шийки матки у жінок методом полімеразної

		нуклеїнових кислот			ланцюгової реакції (ПЛР)) з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією продуктів ампліфікації в режимі «реального часу». Повинен бути розрахований на не більше як 48 реакцій. У наборі використовуються праймери та флуоресцентні зонди FAM для виявлення РНК RV і внутрішнього контролю VIC. RV ПЛР МастерМікс та Позитивний контроль у ліфілізованому стані. Температура зберігання до +30°C. Термін придатності 12 місяців.
2	Набір реагентів для виявлення РНК вірусу гепатиту А	48274 Вірус гепатиту А нуклеїнова кислота IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот	набір	1	Набір призначений для якісного виявлення РНК вірусу гепатиту А у сироватці крові методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією продуктів ампліфікації в режимі «реального часу». Повинен бути розрахований на не більше як 48 реакцій. У наборі використовуються праймери та флуоресцентні зонди FAM для виявлення РНК вірусу гепатиту А і внутрішнього контролю VIC. МастерМікс ВГА ЗТ-ПЛР та Позитивний контроль у ліфілізованому стані. Температура зберігання до +30°C. Термін придатності 12 місяців.
3	Набір реагентів для виявлення РНК ентеровірусів	61043 Численні види мікроорганізмів, пов'язані з менінгітом нуклеїнові кислоти IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот	набір	4	Набір призначений для якісного виявлення РНК Enterovirus у мазках з ротоглотки, методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією продуктів ампліфікації в режимі «реального часу». Повинен бути розрахований на не більше як 48 реакцій. У наборі використовуються праймери та флуоресцентні зонди FAM для виявлення РНК ентеровірусу і для внутрішнього контролю VIC. МастерМікс ентеровірус ЗТ-ПЛР та Позитивний контроль у ліофілізованому стані. Температура зберігання набору до +30°C. Термін придатності 12 місяців.

Місце поставки (передачі) товару: 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Пилипчука, 55. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 01.08.2025 р.

Генеральний директор

Уповноважена особа



Микола ГАБРИКЕВИЧ

Анна БІЛА